

ПРИКАЗ
от «01» *марта* 20 *19* г.
№ *РМ 17-3388*

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Метэко-Премагаз» (ООО «Метэко-Премагаз»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

RA.RU.311869

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

105264, Российская Федерация, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

БНМ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики объемного расхода газа, расходомеры	(0,02 – 2500) м ³ /ч	ПГ ±(1,0...4,0) %	
2	Корректоры объема газа (по давлению), вычислители количества газа	(0...6,0) МПа	ПГ ±(0,1...0,5) %	
3	Комплексы измерительные природного газа	(0,02 – 2500) м ³ /ч (0...6,0) МПа	ПГ ±(1,0...4,0) % ПГ ±(0,1...2,5) % ПГ ±(1,0...5,0) %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
4	Преобразователи давления измерительные: избыточного абсолютного	(-0,033...6,0) МПа (0...120) кПа	ПГ ±(0,1...2,5) % ПГ ±(0,1...2,5) %	
Теплофизические и температурные измерения				
5	Термопреобразователи сопротивления	(-55 – 140) °С	КД А, В, С	



Генеральный директор
должность уполномоченного лица

[Signature]
подпись уполномоченного лица

А.Е. Искрицкий
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации



Н.Б. Комарова

Технические эксперты



В.И. Пружина



А.Д. Петров

